

Appareil de détection de fuites

DNR-18



Composants

Composants standard

- | | |
|---|---|
| 1. Amplificateur..... | 1 |
| 2. Capteur avec commande à la main..... | 1 |
| 3. Ecouteurs (ST-3)..... | 1 |
| 4. Connection USB..... | 1 |
| 5. Software (CD-ROM)..... | 1 |
| 6. Batterie (U2)..... | 4 |
| 7. Bandoulière..... | 1 |
| 8. Valise en aluminium..... | 1 |

Options

- | | |
|--|---|
| 9. Capteur avec long cable..... | 1 |
| 10. Contact à 3 sections pour lecteur de disque..... | 1 |
| 11. Sac à main en résine (ABS)..... | 1 |

Specifications

Unité principale

- | | |
|-------------|--|
| Sensibilité | : 900V/G or higher (400Hz) |
| Filtre | : High-pass : Thru, 100, 200,400Hz
: Low-pass : 400,600,800,1200,2200Hz
: Notch filter : 50Hz,60Hz,OFF |

Données sauvegardées : Min.level value,date n°,date/hour,flag pt

Nombre de fichiers de sauvegarde : 250

Alimentation : Alkali C-size (LR14) battery x 4

Durée de travail en continu : Minimum 24hrs

Plage de T° de travail : -20° to + 55C°

Conformité norme : IP52 equivalent

Dimensions et poids : 163(W) x 76,5(D) x 145(H) mm

Pick-up

- | | |
|------------------|---|
| Type | : Piezoelectric-type |
| Conformité norme | : IP67equivalent (profondeur eau
1 mètre,30 minutes max) |



Distributeur pour la Belgique

Hydra Power sa Chaussée du tilleul, 195b B-1300 Wavre
Fax : 0032(0)10/226992 - E-mail : albertsonck@detectcenter.be